

吕梁市行政审批服务管理局文件

吕审批发（2024）277号

吕梁市行政审批服务管理局 关于方山县人民医院使用II类医用射线装置 项目环境影响报告表的批复

方山县医疗集团：

你集团报送的《关于方山县人民医院使用II类医用射线装置项目报批的申请》（方医集字〔2024〕2号）及相关材料已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》等有关规定，以及山西明宇环境科技工程有限公司出具的《方山县人民医院使用II类医用射线装置项目环境影响报告表评估报告》（明宇咨〔2024〕18号）（以下简称《评估报告》），经研究，批复如下：

一、方山县医疗集团位于山西省吕梁市方山县圪洞镇津良庄村、东沟村（津良庄南沟自然村东侧40m处，209国道东侧）方山县人民医院门诊医技综合楼一层，拟在门诊医技综合楼一层西北侧预留机房内安装1台医用血管造影X射线系统（DSA），型号Azurion 5 M20，最大管电压125kV，最大管电流1000mA，为II类射线装置。项目总投资800万元，其中环保投资45万元。

项目在认真落实《报告表》提出的各项环境保护及辐射安全和防护措施后，可满足国家相关法律、法规和标准要求，我局原则同意你单位按《报告表》中所列项目的性质、地点、规模、辐射安全与防护措施进行建设。

二、在项目建设和日常管理过程中，要严格按照国家有关规定，全面落实《报告表》提出的各项辐射安全防护和安全管理措施，并重点做好以下工作：

（一）严格落实使用场所的辐射安全与防护措施。按规范设置监测、报警、工作指示装置和电离辐射警示标志，划定辐射工作场所控制区和监督区，防止工作人员和公众受到意外照射。做好日常巡检工作，确保设备安全运行，杜绝辐射事故的发生。

（二）建立健全必要的辐射安全与防护管理制度和辐射事故应急预案，明确岗位责任。配备必要的防护用品，严格操作流程，定期开展个人剂量、工作场所环境辐射水平监测，并建立个人剂量健康档案。

（三）认真落实从业人员培训教育制度，按时参加辐射防护

培训和复训，管理及操作人员要做到持证上岗。

（四）环境影响报告表经批准后，建设内容、地点、污染防治措施发生重大变动的，应按有关要求重新报批。

三、严格执行辐射安全和防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度；你院要按规定要求重新申领辐射安全许可证；项目须在竣工环境保护验收合格后，方可正式投入使用。

四、你院在射线装置正式投入运行前，及时向我局申领辐射安全许可证，要在许可范围内从事核技术利用相关活动，许可证取得前不得启用辐射设备。

五、你院在收到批复后10个工作日内，将批准后的《报告表》及批复送吕梁市生态环境局、吕梁市生态环境局方山分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督管理。

六、吕梁市生态环境局、吕梁市生态环境局方山分局对方山人民医院辐射安全和防护工作进行日常监督检查。

吕梁市行政审批服务管理局

2024年7月9日

行政审批专用章

（此件主动公开）

抄送：吕梁市生态环境局、吕梁市生态环境局方山分局。

吕梁市行政审批服务管理局

2024年7月9日印发
